

Số: /TB-SYT

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc khắc phục, hoàn thiện một số điều kiện của Phòng Xét nghiệm

Tên cơ sở: Phòng Xét nghiệm y khoa Minh Ngọc.

Địa chỉ: 74 Phạm Văn Đồng - xã Bình Phước - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200609-0432

Mã Hồ sơ: 1591690409808

Người nộp hồ sơ: **PHẠM ĐÌNH VŨ**, địa chỉ: xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại liên hệ: 0905526144

Thủ tục yêu cầu giải quyết: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế cho Phòng Xét nghiệm y khoa Minh Ngọc.

Ngày 13/7/2020, Đoàn thẩm định đề cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động của Sở Y tế Quảng Ngãi đã tiến hành thẩm định thực tế tại Phòng Xét nghiệm y khoa Minh Ngọc theo Thông báo số 970/TB-SYT ngày 13/7/2020.

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (*Nghị định số 109/2016/NĐ – CP*);

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (*Nghị định số 155/2018/NĐ – CP*);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về quản lý chất thải y tế (*Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT*).

Kết quả, cơ sở chưa đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động Phòng xét nghiệm theo các quy định hiện hành vì những lý do sau:

1. Về cơ sở vật chất:

- Cơ sở chưa hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải y tế (*Điều 14 và Điều 17 Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT*).

2. Về trang thiết bị y tế:

- Sử dụng phác đồ chống sốc, thành phần thuốc chống sốc không đúng quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế, cơ sở chưa in treo phác đồ chống sốc.

(Điểm b, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);

- Chưa có tủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

(Điểm b, Khoản 2, Điều 26, Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);

- Cơ sở chưa bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại Theo Tiết c, Điểm 1, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 155/2018/NĐ – CP.

Sở Y tế đề nghị cơ sở khắc phục những nội dung nêu trên và báo cáo kết quả khắc phục về quày tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 24/7/2020 để được giải quyết theo đúng quy định.

Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo!

Nơi nhận:

- Phòng Xét nghiệm y khoa Minh Ngọc;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính Công/Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- GD, PGD Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Minh Đức